flexicare
TOTAL QUALITY - TOTAL CARE

BritePro™ Omni

СТЕРИЛЬНИЙ ЛАРИНГОСКОП ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ





BritePro™ Omni

Попередньо зібраний клинок з рукояткою для миттєвого використання. Стерильна упаковка усуває ризик перехресного інфікування. Просто відкривайте, використовуйте, виймайте батареї, та утилізуйте.





BritePro™ Omni

Повна впевненість у зниженні ризику перехресного інфікування

Чому одноразове використання?

Численні дослідження показують, що поточна практика обробки є неефективною: 75% - 86% «готових до використання» рукояток, які були знезаражені з використанням просочених бактерицидних серветок, залишаються бактеріально забрудненими,[1,2] та 82% очищених клинків мають залишки білків.[3]

Ларингоскопи складно очищати і знезаражувати належним чином, повідомляється, що 20% промитих і стерилізованих клинків містять залишки крові, сворюючи ризик перехресного інфікування від пацієнта до пацієнта.[4]


BritePro™ Omni готовий до використання прямо зі стерильної упаковки, знижуючи ризик перехресного інфікування. Тестування «в упаковці» дозволяє перевірити світлову функцію без порушення стерильності.



Яскраве світлодіодне світло


Світлодіодна лампа надає сфокусоване біле освітлення, що забезпечує відмінну візуалізацію гортані.





Ультра низький профіль

Конструкція клинка з ультра низьким профілем знижує ризик пошкодження зубів та надає більше простору для маневрування клинком, що значно покращує візуалізацію.



Кольорова індикація

Клинки мають кольорову індикацію, що дозволяє легко визначити необхідний розмір. Розмір також зазначений на рукоятці.



Швидке та безпечне видалення батареї

Механізм швидкого вивільнення, що інтегрований в основу клинка для легкого видалення батареї, зводить до мінімуму як попереднє використання, так і поводження після використання, зменшуючи ризик перехресного інфікування.

BRITEPRO™ OMNI MACINTOSH	BRITEPRO™ OMNI MILLER	РОЗМІР	КОЛІР	РУКОЯТКА	К-СТЬ
	040-06-0400	00	○	Міні	10
	040-06-0401	0	○	Міні	10
040-06-0110	**040-06-0410**	1	○	Міні	10
040-04-0120	**040-04-0420**	2	●	Стандартна	10
040-04-0130	**040-04-0430**	3	●	Стандартна	10
040-04-0140	**040-04-0440**	4	●	Стандартна	10

Посилання

[1] Williams D, Dingley J, Jones C, Berry N. Contamination of Laryngoscope Handles. Journal of Hospital Infection (2010) 74, 123-128
[2] Call T, Auerbach F, Riddell S, Kiska D, Thongrod S, Tham S, Nussmeier N. Nosocomial Contamination of Laryngoscope Handles: Challenging Current Guidelines. International Anesthesia Research Society (2009) Vol. 109, No. 2
[3] Miller D. M. et al. Presence of protein deposits on `cleaned' re-usable anaesthetic equipment. Anaesthesia, 2001, 56, 1069-1072
[4] Capt. Philips Rita.A et al. Incidence of visible and occult blood on laryngoscope blades and handles JAANA June 1997

flexicare

Flexicare Medical Limited, Cynon Valley Business Park, Mountain Ash, CF45 4ER United Kingdom
✆ +44 (0)1443 474647 +44 (0)1443 474222 @ enquiries@flexicare.com www.flexicare.com

Уповноважений представник в Україні ТОВ «Разове», Межигірська 82А, офіс 402, 04080, м.Київ, Україна,
✆ +38 044 2239231 @office@razove.com.ua razove.com.ua