SCHMITZ

A SENSE OF CONFIDENCE



Ваш партнер у хірургії
Додаткове приладдя




DIAMOND

Філософія компанії	5
Філософія турботи	7
SCHMITZ – у всьому світі	8
Елементи керування і базове обладнання	12
Приладдя загального призначення	23
Приладдя для ортопедії, травматології, хірургії хребта й ортопедичного витягування	36
Карбонове додаткове приладдя	44
Пристрій для ортопедичного витягування	46
Приладдя для позиціонування голови та нейрохірургії	68
Приладдя для гінекології та урології	74
Допоміжні засоби позиціонування	82
Огляд приладдя	90
Контакти	95



Філософія компанії

Маючи понад 90 років досвіду, компанія SCHMITZ є одним із провідних у світі виробників медичної продукції.

Сімейний бізнес із живими традиціями. Наші працівники в середньому працюють у компанії близько 18 років, що є доказом того, наскільки сильно вони ототожнюють себе з нашими цінностями та філософією.

У 2012 році управління компанією перейшло до Фрідріха та Маттіаса Шмітців, четвертого покоління родини.

Ми пишаємося тим, що знаходимося в Німеччині, і глибоко вкорінені в нашому рідному регіоні. Ми розробляємо та виготовляємо тут.

90% наших постачальників – із Німеччини, з яких 60% – з нашого регіону.

Made in Germany

«Перехід до наступного покоління — це завжди щось особливе».




SCHMITZ

Фіософія турботи

Ми усвідомлюємо, що наші послуги є життєдайними, і ставимо за мету досягти максимального задоволення клієнтів. Від консультації через планування до встановлення.

Економічна ефективність завдяки довговічності – це те, що ви можете від нас очікувати.

Завдяки добре продуманій концепції обслуговування та всебічній підтримці компанія SCHMITZ супроводжує вас як партнер від початку до кінця.

Служба технічної підтримки клієнтів
Тел.: +49 (0)2377 84 549
service@schmitz-soehne.de

«Відданість справі з пристрастю та увагою до деталей — експерти в усіх сферах».


Штаб-квартира
у Вікеде (Рур),
Німеччина
Швейцарія
Франція
Італія
Іспанія
США
Аргентина
Понад 80 міжнародних торговельних партнерів
Офіси продажів

SCHMITZ – у всьому світі





DIAMOND® i OPX mobilis® CE MD
Додаткове приладдя

Відповідне додаткове приладдя, зручне у використанні.
Швидке та просте компонування хірургічного приладдя через порти на операційному столі, точки з'єднання в ножній та головній частині або через бічну напрямну. Ефективна підтримка для швидкого та професійного позиціонування.

Широкий вибір приладдя
Відповідне приладдя для будь-якого положення, чи гінекологічні процедури в літотомічному положенні, чи неврологічні операції в положенні шезлонга. Приладдя для конкретного позиціонування розроблене спільно з користувачами.



DIAMOND® CE MD
Елементи керування



Модель №	Опис
101.0380.1	**Пульт керування, з кабельним підключенням** пластиковий корпус, герметично захищений від проникнення рідини, з кабельним підключенням. TFT-дисплей із підсвічуванням відображає всю інформацію про стан стола. Клавіатура з підсвічуванням для всіх функцій регулювання. Для моделей DIAMOND® 50/60.
101.0590.1 (без зображення)	**Пульт керування, з кабельним підключенням** аналогічно моделі 101.0380.1, але для моделей DIAMOND® 40, без функції електрогідравлічного регулювання секції для ніг.



101.0214.1	**Пульт керування, Bluetooth®** пластиковий корпус, герметично захищений від проникнення рідини, бездротове підключення Bluetooth®. TFT-дисплей із підсвічуванням відображає всю інформацію про стан стола. Клавіатура з підсвічуванням для всіх функцій регулювання. Потрібен адаптер Bluetooth® 101.0391.1 і зарядна станція 101.0356.0, 101.0357.0 або 101.0358.0! Для моделей DIAMOND® 50/60.
101.0591.1 (без зображення)	**Пульт керування, Bluetooth®** аналогічно моделі 101.0214.1, але для моделей DIAMOND® 40, без функції електрогідравлічного регулювання секції для ніг. Потрібен адаптер Bluetooth® 101.0391.1 і зарядна станція 101.0356.0, 101.0357.0 або 101.0358.0!

Ми рекомендуємо завжди тримати адаптер Bluetooth® встановленим на столі, щоб мати можливість скористатися перевагами системи Bluetooth® у будь-який час.

Пульти керування Bluetooth® для моделей DIAMOND® 40 доступні лише в поєднанні з пультом керування з кабельним підключенням! Будь ласка, враховуйте це при оформленні замовлення.

Bluetooth®

Будь ласка, забезпечте наявність відповідної зарядної станції для пульта керування Bluetooth®!

Модель №	Опис
	**101.0206.1** **Ножний пульт керування, з кабельним підключенням** Литий алюмінієвий корпус, герметичний від проникнення рідин, нековзкий, із кабельним підключенням. Усі функції регулювання стола аналогічні ручному керуванню. TFT-дисплей з підсвічуванням для зручної навігації, панель керування зі світлодіодним підсвічуванням на ножній панелі (для малоінвазивних втручань). Клавіша активації та клавіша «Повернення до нуля». Можна одночасно підключити до стола разом із ручним пультом керування. Потрібен адаптер для ножного пульта керування 101.0397.0. Для моделей DIAMOND® 50/60.
101.0359.0 (без зображення)	**Ножний пульт керування, з кабельним підключенням** для моделей DIAMOND® 40, аналогічно моделі 101.0206.1, але без функції електрогідравлічного регулювання секції для ніг. Потрібен адаптер для ножного пульта керування 101.0397.0!
101.0397.0 (без зображення)	**Адаптер для ножного пульта керування, з кабельним підключенням** Адаптер для операційного стола DIAMOND® для використання ножного пульта керування з кабельним підключенням.
	**101.0216.1** **Ножний пульт керування, Bluetooth®** аналогічно моделі 101.0206.1, але з бездротовим з'єднанням Bluetooth®. У комплект входить блок живлення для заряджання пульта керування. Потрібен адаптер Bluetooth® 101.0391.1! Для моделей DIAMOND® 50/60.
101.0360.0 (без зображення)	**Ножний пульт керування, Bluetooth®** для моделей DIAMOND® 40, аналогічно 101.0216.1, але без функції електрогідравлічного регулювання секції для ніг.
101.0391.1 (без зображення)	**Адаптер Bluetooth®** Адаптер для операційного стола DIAMOND® для використання ручного та ножного пультів керування Bluetooth®.


SCHMITZ



DIAMOND® CE MD
Елементи керування


Модель №	Опис
 **101.0356.0**	**Зарядна станція, на підставці** Варіант на підставці, зарядна станція для індуктивного заряджання пульта керування Bluetooth®, зі світлодіодним дисплеєм стану, в комплект входить мережевий адаптер. Можна продовжувати користуватися пультом керування, поки він заряджається в зарядній станції.
 **101.0357.0**	**Зарядна станція, настінне кріплення** аналогічно зарядній станції 101.0356.0, але варіант із настінним кріпленням.
 **101.0358.0**	**Зарядна станція, кріплення на бічній напрямній** аналогічно зарядній станції 101.0356.0, але варіант кріплення на бічній напрямній.

Bluetooth®

Будь ласка, забезпечте наявність відповідної зарядної станції для пульта керування Bluetooth®!

DIAMOND® CE MD
Базове обладнання

Модель №	Опис
 **101.0017.2**	**Секція для голови** подвійне регулювання, автоматичне блокування нахилу матрацу, вбудована газова пружина для компенсації ваги, знімна.
101.0480.0 (без зображення)	**Подвійна стільниця стола** для розміщення рентгенівської касети, для секції голови 101.0017.2
 **101.0159.0**	**Подовжувач секції спинки, з можливістю нахилу** для кріплення до секції спинки, для розтягування верхньої частини тіла пацієнта при торакальній хірургії та втручаннях на черевній порожнині, нахил вниз до 40°за допомогою електромотора, довжина 300 мм, включаючи адаптований матрац для секції голови. Потрібен адаптер для приладдя з електричним регулюванням 101.0238.0!
101.0238.0 (без зображення)	**Адаптер для приладдя з електричним регулюванням** Адаптер операційного стола DIAMOND® для приладдя з електричним регулюванням.
101.0580.0 (без зображення)	**Подвійна стільниця стола** для розміщення рентгенівської касети, для подовжувача секції спинки, з можливістю нахилу 101.0159.0.
 **101.0131.1**	**Подовжувач секції спинки, фіксований** для кріплення до секції спинки, довжина 280 мм.
101.0510.1 (без зображення)	**Подвійна стільниця стола** для розміщення рентгенівської касети, для подовжувача секції спинки, з можливістю нахилу, фіксована 101.0131.1.

Модель №	Опис
	**101.0689.0** **Подовжувач секції спинки, короткий** для кріплення до секції спинки, довжина 200 мм.
	101.0690.0 (без зображення) **Подвійна стільниця** для розміщення рентгенівської касети, для подовжувача секції спинки, короткого 101.0689.0.
	**101.0145.2** **Секція для ніг** односекційна, ручне складання за допомогою газової пружини, знімна.
	101.0490.0 (без зображення) **Подвійна стільниця** для розміщення рентгенівської касети, для секції ніг 101.0145.2.
	**101.0621.0** **Секція для ніг, полегшений варіант** односекційна, полегшена конструкція (7,3 кг), без функцій регулювання, матрац з в'язкоеластичного піноматеріалу з електропровідним покриттям, макс. вага 40 кг, 700 x 523 мм (Д x Ш).
	**101.0116.2** **Секція для ніг** розділена, складана, поворотна за допомогою блокувального механізму, герметично захищена від рідин, вбудована газова пружина для компенсації ваги, знімна, з ручками для перенесення. Опціонально: без вирізу для гінекології.
	101.0500.0 (без зображення) **Подвійна стільниця** для розміщення рентгенівської касети, для секцій ніг 101.0116.2.


DIAMOND



DIAMOND



DIAMOND

DIAMOND® CE MD
Універсальна секція для ніг



Модель №	Опис
101.0572.0	**Універсальна секція для ніг** Секція для ніг, що складається з чотирьох частин, плавно розширюється до 72° з кожного боку, також може бути зміщена назовні, забезпечує просвіт до 360 мм для оптимізованого доступу до робочої зони. Окремо знімні секції для гомілок, кожна з окремою функцією розширення до 45° назовні, складання до 90°, довжина плавно регулюється від 756 мм до загальної довжини 900 мм. Знімні секції для ніг із ручками для перенесення. Короткий огляд секції для ніг із чотирьох частин від SCHMITZ: • Усі характеристики звичайної секції з чотирьох частин • Секції для гомілки розсуваються та знімаються, довжина регулюється • Права і ліва сторони можуть бути зміщені назовні на всю довжину на 180 мм • Максимальна доступність для хірурга








Модель №	Опис
101.0171.1	**Секція для ніг** з чотирьох частин, передня частина відкидається вниз на 155°, обертається за допомогою блокувального механізму, знімна. Короткий огляд пластини для ніг SCHMITZ: • Закрита конструкція дозволяє легке очищення, що відповідає найвищим вимогам гігієни. • Подвійна система безпеки для регулювання пластини для ніг запобігає випадковому складанню нижнього сегмента. • Складання можна виконати лише після відпускання важеля безпеки та натискання ручки безпеки. Опціонально: без вирізу для гінекології.
101.0540.0 (без зображення)	**Подвійна стільниця стола** для розміщення рентгенівської касети, для пластин для ніг 101.0171.1.


OPX mobilis® CE MD
Базове обладнання

	Модель №	Опис
	**101.2580.1**	**Підголівник** нахил однією рукою за допомогою газової пружини, знімається натисканням кнопки, із вбудованим тунелем для вставлення рентгенівської касети.
	**101.2590.1**	**Підголівник** подвійне регулювання, компенсація ваги за допомогою газової пружини, знімається натисканням кнопки, із вбудованим тунелем для вставлення рентгенівської касети.
	**101.2170.1**	**Секція для ніг розділена** ручне обертання та нахил за допомогою газової пружини із компенсацією ваги, знімається натисканням кнопки.
	**101.2180.1**	**Секція для ніг** суцільний варіант, нахил за допомогою газової пружини, знімається натисканням кнопки.

Приладдя загального призначення CE MD

	Модель №	Опис
	**101.0192.0**	**Підлокітник** для легкого та швидкого позиціонування руки пацієнта в будь-якому положенні, регулюється в будь-якому напрямку за допомогою лише однієї зіркоподібної ручки, антистатична підкладка з піноматеріалу, довжина 450 мм, з ременем для руки та фіксатором кріплення, нержавіюча сталь 18/10.
	**101.0019.0**	**Підлокітник** антистатична підкладка з піноматеріалу, довжина 450 мм, з ременем для руки та фіксатором кріплення, регулюється по горизонталі та вертикалі, нахиляється за допомогою шарнірного з'єднання, нержавіюча сталь 18/10.
	**101.0109.1**	**Підлокітник** антистатична підкладка з піноматеріалу, діапазон регулювання висоти: 80 мм, обертання одним дотиком на 360°, обертання і нахил до +/- 35°, в комплект входить затискач із нержавіючої сталі 18/10, 600 x 170 мм (Ш x Г).


Приладдя загального призначення CE MD

Модель №	Опис
	
101.0252.0	**Кріпильний ремінь** м'який кріпильний ремінь для підлокітників, виготовлений з особливо м'якого антистатичного матеріалу без гострих країв, довжина 840 мм, ширина 50 мм.
101.0262.0	**Кріпильний ремінь** м'який кріпильний ремінь для фіксації ніг на опорах для ніг типу Гопель, виготовлений з особливо м'якого антистатичного матеріалу без гострих країв, довжиною 1400 мм.
	
101.0012.0	**Анестезіологічна рамка** нержавіюча сталь 18/10, із захистом проти обертання, регульована по висоті, з поворотним затискачем 101.0146.0.
	
101.0111.0	**Подовжувач анестезіологічної рамки** для анестезіологічної рамки 101.0012.0, поворотний, з бічним регулюванням, довжина 300 мм.
	
101.0137.0	**Тримач зап'ястя** кріпиться до анестезіологічної рамки 101.0012.0, текстильний ремінь, який можна прати та замінювати, із застібкою-липучкою, кріплення з нержавіючої сталі 18/10.

Модель №	Опис



101.0125.0 **Гнучка анестезіологічна рамка***
довжина 2000 мм, потрібні 2 фіксатори кріплення 101.0146.0!



101.0164.0 **Ремінь для фіксації ніг**
тканинний ремінь, який можна прати, із застібкою-липучкою, для фіксації ніг, для розділеної секцій для ніг. Діаметр петлі: 83 мм - 137 мм.

101.0625.0 (без зображення) **Ремінь для фіксації ніг**
аналогічно моделі 101.0164.0, але діаметр петлі: 137 мм - 216 мм.




101.0123.0 **Тримач зап'ястя**
із затискачем із нержавіючої сталі 18/10, змінний текстильний ремінь, який можна прати, застібка-липучка.



101.0177.1 **Ремінь для фіксації корпусу тіла**
з елементами кріплення з нержавіючої сталі 18/10, який можна прати та замінювати, застібки-липучки, довжина 1350 мм, ширина 120 мм.

101.0455.1 (без зображення) **Ремінь для фіксації корпусу тіла**
аналогічно моделі 101.0177.1, але кожна сторона має довжину 1000 мм, з яких 600 мм – застібки-липучки, ширина 120 мм.

Приладдя загального призначення CE MD

Модель №	Опис
	**101.0153.0** **Протектор руки*** зручність для персоналу операційної, розміщується збоку від операційного стола, безпечний захист і анатомічно правильне положення руки пацієнта за допомогою протектора, який просувається під підкладку операційного стола і фіксується вагою пацієнта, 400 x 230 x 210 мм (Ш x Г x В).
	**101.0139.0** **Інфузійна стійка** із нержавіючої сталі 18/10, верхня частина з 4 гачками, діапазон регулювання висоти прибл. 410 мм, фіксатор кріплення із шарнірним з'єднанням.
	**101.0154.0** **Тримач*** для надійного розміщення вентиляційних контурів і кабелів монітора, гнучкий спіральний стрижень, регульований по висоті, з міцною пластиковою пластиною. Потрібен фіксатор кріплення 101.0146.0!

	Модель №	Опис
	**101.0147.0**	**Фіксатор кріплення*** поворотного типу, для штативів діаметром 16-20 мм, нержавіюча сталь 18/10.
	**101.0018.0**	**Фіксатор кріплення** із нержавіючої сталі 18/10, поворотного типу, зі швидким розблокуванням і блокуванням, підходить для штативів діаметром 16-18 мм.
	**101.0117.0**	**Фіксатор кріплення** із нержавіючої сталі 18/10, неповоротного типу, з розблокуванням і блокуванням, підходить для штативів квадратного перетину 20 x 20 мм.
	**101.0132.0**	**Фіксатор кріплення** неповоротного типу, підходить для штативів діаметром 16-18 мм і штативів квадратного перерізу 10 x 25 мм, нержавіюча сталь 18/10.
	**101.0146.0**	**Фіксатор кріплення** поворотного типу, підходить для штативів діаметром 16-18 мм, нержавіюча сталь 18/10.

Приладдя загального призначення CE MD

Модель №	Опис
101.0010.0	**Опора для плечей (пара)** в комплект входять 2 затискачі 101.0117.0, 2 антистатичні підкладки (120 x 200 мм) і 2 кріпильні планки для регулювання підкладок по горизонталі та вертикалі.
101.0107.1	**Бічна опора (1 шт.)** простий варіант, у комплект входить фіксатор кріплення до бічної напрямної, гладка антистатична м'яка підкладка (100 x 235 мм).
101.0178.0	**Опора для ректоскопії/сідниць** регульована по ширині, з м'якою підкладкою, для ректального позиціонування та хірургії хребта. Потрібні 2 затискачі 101.0146.0 або 101.0147.0!
101.0186.1	**Опора для колін/стоп** для операційних столів **DIAMOND**®, для операцій на прямій кишці та хребті з пацієнтом у колінному/ліктьовому положенні, також служить опорою для ніг під час лапароскопічної хірургії, кріплення до секції для ніг, у комплект входять 2 затискачі 101.0132.0.
101.2070.1 (без зображення)	**Опора для колін/стоп** аналогічно моделі 101.0186.1, але для операційних столів **mobilis**
101.0190.0 (без зображення)	**Бічна опорна підкладка (шт.)** бічна опора для пацієнта, кріплення до опори для колін/стоп 101.2070.1/101.0186.1 і пластин для колін/стоп 101.0682.0 за допомогою затискача (входить у комплект).







	Модель №	Опис
	**101.0121.0**	**Кронштейн для підтримки корпусу тіла** (рис. 1) для кріплення підкладок 101.0135.0, 101.0151.0, 101.0162.0 та 101.0175.0, з можливістю подвійного обертання, а також горизонтального та вертикального регулювання опор, у комплект входить затискач 101.0117.0.
	**101.0135.0**	**Опорний валик для корпусу тіла** (рис. 2) увігнута антистатична підкладка з піноматеріалу 200 x 65 мм.
	**101.0151.0**	**Плечова/бічна опора** (рис. 3) увігнута антистатична підкладка з піноматеріалу 215 x 100 мм.
	**101.0162.0**	**Опора для спини/сідниць** (рис. 4) антистатична підкладка, 200 x 120 мм.
	**101.0175.0**	**Опора для лобка/крижів/грудини** (рис. 5) антистатична підкладка, 85 x 85 мм.
	**101.0586.0**	**Ручки (пара)** кріпляться до секції для голови для зручного переміщення операційного стола.

Приладдя загального призначення CE MD

Модель №	Опис



101.0247.0 **Захист від бризок**
для операційних столів **DIAMOND®**, прозора пластикова кришка для центральної точки живлення на основі стола DIAMOND®, виконує функцію захисту від бризок під час втручань з інтенсивним використанням рідини, наприклад, в урології або акушерстві. Виконує функцію мінімізації зусиль при очищенні операційних столів DIAMOND®.
Розміри: 826 x 203 x 250 мм (Ш x В x Г)



101.0120.0 **Пересувний стелаж для приладдя**
трубчаста рама квадратного перерізу з нержавіючої сталі 18/10, з 5 напрямними для кріплення приладдя і 1 кошиком, антистатичні поворотні колеса, габаритні розміри: 630 x 580 x 1430 мм (Ш x Г x В)



101.0737.0 **Пересувний стелаж для приладдя**
для операційних столів DIAMOND®, трубчаста рама квадратного перерізу з нержавіючої сталі 18/10, з 3 парами тримачів для приладдя, які кріпляться до точок з'єднання операційного стола, 5 стандартних напрямних для приладдя, для кріплення на бічні напрямні та 2 кошики для іншого приладдя. 4 подвійні колеса, з можливістю блокування, електропровідні.
Загальні розміри: 1135 x 815 x 1310 мм (Ш x Г x В).

Модель №	Опис



101.0622.0 **Модуль інтеграції SCHMITZ**

Модуль з технологією Bluetooth® для підключення операційного стола **DIAMOND®** до центральної системи керування OR1 для операційних від компанії Karl Storz станом на дату встановлення 06/2018. Двонаправлена передача даних, навігація по меню з графічною підтримкою з великим кольоровим дисплеєм високої роздільної здатності з відображенням інформації про стан стола, вбудоване сервісне та інформаційне меню, автоматична конфігурація всіх варіантів стола.
Дозвольте нашим експертам дати вам пораду.
Увага! Відповідний операційний стіл DIAMOND® обов'язково повинен мати адаптер Bluetooth® 101.0391.1!
Для отримання додаткової інформації про функції Bluetooth® серії операційних столів DIAMOND® див. наш каталог № 84.

101.0623.0 **Модуль інтеграції SCHMITZ**

(без зображення)

аналогічно моделі 101.0622.0, але з відкритим портом для підключення до центральної системи керування.



101.0410.0 **Пересувний стелаж для зберігання секцій для голови та ніг**

для операційних столів DIAMOND®, трубчаста рама квадратного перерізу з нержавіючої сталі 18/10, з 6 парами монтажних пристроїв для секцій голови та ніг, а також секцій для плечей і довгим або коротким адаптером, 2 стандартними напрямними та 1 кошиком. Електропровідні поворотні колеса.
Загальні розміри: 918 x 1243 x 1308 мм (Ш x Г x В).

Приладдя загального призначення CE MD

Модель №	Опис







101.0504.0 **Транспортний візок для прибирання**
для операційних столів **DIAMOND®**, пристрій для очищення днища та дезінфекції операційних столів **DIAMOND®**. Операційний стіл переміщується в апарат із піднятою стільницею на висоту 1060 мм, рама транспортного візка для прибирання розташовується під секцією сидіння стола. Опускання стільниці піднімає основу стола над підлогою та відкриває доступ до днища для очищення. Рама з нержавіючої сталі 18/10, пластикові напрямні, 4 антистатичні поворотні колеса діаметром 75 мм, блокуються окремо. 516 x 816 x 1210 мм (Ш x Г x В).
Для операційних столів DIAMOND® як моделі року 03/2014.



101.0248.0 **Бічні огородження* (пара)**
нержавіюча сталь 18/10, для захисту пацієнта під час транспортування на операційному столі, складані, у комплект входить затискач. Бічне огородження автоматично блокується при піднятті.
615 x 300 мм (Д x В).




101.0249.0 **Підкладка для бічних огороджень***
електропровідна, знімна, для бічних огороджень 101.0248.0.

Модель №	Опис
	**101.0185.0** **Ремінь для фіксації ніг*** 1 пара, з підкладками, для розділеної секції для ніг, у комплект входять фіксатори кріплення до бічних напрямних, довжина: 1200 мм.
	**101.0218.0** **Переносні секції для ніг** в поєднанні з пристроєм для ортопедичного витягування 101.0270.1; також кріплення до секції сидіння замість секції для ніг. Гнута трубка з нержавіючої сталі 18/10 з тканинним покриттям, полегшена конструкція. Для анестезії пацієнтів при гінекологічних або урологічних втручаннях або при втручаннях з використанням пристрою для ортопедичного витягування 101.0270.1. Довжина пластин для ніг: 875 мм.
	**101.0239.0** **Секція для дитячої хірургії** для операційних столів DIAMOND®, кріплення на інтерфейсі секції сидіння, рама з нержавіючої сталі 18/10, з бічними напрямними для кріплення приладдя, матрац із в'язкоеластичного піноматеріалу, з електропровідним покриттям. Розміри: 700 x 400 мм (Д x Ш).
(без зображення)	**101.0241.0** **Секція для дитячої хірургії** аналогічно моделі 101.0239.0, але для операційних столів **mobilis**.

Приладдя загального призначення CE MD

Модель №	Опис
 **101.2950.0**	**Поперечина з армованого вуглецево-волокнистого пластику** для операційних столів **mobilis**, встановлюється на секцію спинки, рентгенпрозора.
101.0220.0 (без зображення)	**Кабель вирівнювання потенціалів** довжина 3 м.
101.0230.0 (без зображення)	**Кабель вирівнювання потенціалів** довжина 5 м.
 **101.0255.0**	**Тримач рентгенівської касети*** кріпиться до бічної напрямної, поворотний тримач для розміщення рентгенівської касети під стільницею стола, в комплект входить затискач.
 **101.2810.0**	**Тримач касети** для операційних столів **mobilis**, для рентгенівських касет макс. розміру 350 x 430 мм, телескопічна вставна планка з нержавіючої сталі 18/10.
101.0228.0 (без зображення)	**Тримач касети** аналогічно моделі 101.2810.0, але для операційних столів **DIAMOND®**.

Модель №	Опис



На зображенні показано 2 набори 101.0194.0 і подовжувач секції спинки 101.0131.1

101.0194.0 **Набір подовжувальних підкладок (пара)***


набір із 2 підкладок із піноматеріалу з антистатичним покриттям, довжина 500 мм, для секцій сидіння та спинки, кріплення до бічних напрямних за допомогою затискачів із швидким блокуванням, з додатковими бічними напрямними для приладдя. Для позиціонування пацієнтів з ожирінням, а також для положень, при яких пацієнтів потрібно перевертати під час втручання. Нова загальна ширина стільниці стола: 790 мм для операційних столів DIAMOND® і 770 мм для операційних столів **mobilis**.

101.0200.0 (без зображення) **Набір подовжувальних підкладок (пара)***

аналогічно подовжувальним підкладкам 101.0194.0, але довжиною 300 мм.


Примітка! Для подовження стільниці операційного стола DIAMOND® без подовження секції спинки потрібно:

- 1 набір подовжувальних підкладок 101.0194.0, довжиною 500 мм для секції сидіння
- 1 набір подовжувальних підкладок 101.0200.0, 300 мм довжиною кожна, для секції спинки



101.0443.0 **Подовжувач стола (пара)**

з м'якою підкладкою, 255 x 255 мм, для подовження стільниці стола, кріпиться до бічних напрямних пластин для ніг операційного стола за допомогою вбудованих затискачів.



101.0368.0 **Секція для стоп (пара)**

з м'якою підкладкою, 255 x 255 мм, кріпиться до бічних напрямних пластин для ніг операційного стола за допомогою вбудованих затискачів.

Приладдя для ортопедії, травматології, хірургії хребта й ортопедичного витягування CE MD

Модель №	Опис
101.0253.0	**Пристрій для витягування плеча*** Система невагомої плечової підвіски дозволяє налаштувати тягу до 18,2 кг простим поворотом ручки регулювання натягу. Важіль стріли регулюється від 0° до 90°. Поворотна головка стріли дозволяє правильно вирівняти роликовий блок зі шнуром. Складана система для зручного зберігання. В комплект входить затискач для кріплення до бічних напрямних операційного стола. Додатково потрібен пристрій Вайнбергера для витягування руки 101.0163.1.



101.0210.1	**Пластина секції спинки** для моделей операційних столів **DIAMOND**® 50 і 60, для ЛОР, щелепно-лицевої хірургії та офтальмології, кріплення замість пластини для ніг, з бічними напрямними. Потрібен підголівник у формі підкови 101.0256.0 або з'єднувач підголівника 101.0363.0, або кріплення 101.0187.0 і підголівник у формі підкови 101.0179.0.



101.2780.1	**Пластина секції спинки** для операційних столів **mobilis**, для ЛОР, щелепно-лицевої хірургії та офтальмології, кріплення замість пластини для ніг, регулюється за допомогою газової пружини, з бічними напрямними. Потрібен підголівник у формі підкови 101.0256.0 або з'єднувач підголівника 101.0363.0 або кріплення 101.0187.0 і підголівник у формі підкови 101.0179.0.



Модель №	Опис



101.0015.0 **М’яка підкладка***
для операцій на міжхребцевих дисках, двосекційна для індивідуальної адаптації під розміри тіла пацієнта, рентгенпрозора, антистатична.
Торакальна м’яка підкладка 500 x 250 x 200 мм (Ш x Г x В), тазова м’яка підкладка 500 x 340 x 200 мм (Ш x Г x В).



101.0212.0 **Пристрій позиціонування коліна***
регулюється вручну, з гелевою підкладкою та ременем для кріплення. Кріплення до бічних напрямних (потрібен фіксатор кріплення 101.0146.0).



101.0583.0 **Опора для артроскопії колінного суглоба***
кріплення до бічної напрямної, в комплект входить фіксатор кріплення та м’які підкладки, ручне регулювання. Діаметр регулюється за допомогою рукоятки та адаптується також для пацієнтів із важким ожирінням.



101.0682.0 **Секції для колін/стоп (пара)**
для колінно-ліктьового положення при операціях на хребцях або проктологічних процедурах, а також для кріплення до бічних планок гомілки; ліва і права секції на напрямних також можуть трохи зміщуватися назовні на 125 мм кожна навіть під навантаженням; у комплект входить кріплення для бічної напрямної.

101.0190.0 **Бічна опорна підкладка (шт.)**
(без зображення)
бічна підтримка пацієнта, кріплення до опори для колін/стоп 101.2070.1/101.0186.1 та пластин для колін/стоп 101.0682.0 за допомогою затискача (входить у комплект).





Гнучке регулювання
підголівника вправо і вліво




Складані та знімні
сегменти матраца

Приладдя для ортопедії, травматології, хірургії хребта й ортопедичного витягування CE MD

Модель №	Опис
101.0244.1	**Секція для хірургії плеча** для моделей операційних столів **DIAMOND**® 50/60, кріплення до секції для ніг з електромоторними шарнірами, що дозволяє регулювати нахил до +90°. Вільний доступ до плечової зони завдяки окремо складаним і знімним м'яким сегментам. Для швидкого видалення сегментів потрібно потягнути за блокувальний штифт. Завдяки шарнірному кріпленню до секції для хірургії плеча сегменти можуть залишатися на столі під час операції, усуваючи необхідність тимчасового зберігання. Поворотне гніздо для підголівника забезпечує покращений доступ до операційного поля. Три варіанти позиціонування для бічної підтримки тіла з обох боків пластини для хірургії плеча, в комплект входить 1 бічна опора для корпусу тіла 101.0612.0, антистатичні підкладки з піноматеріалу. Додатково потрібно: з'єднувач підголівника 101.0364.0 і фігурний підголівник 101.0266.0.
101.0243.1 (без зображення)	**Секція для хірургії плеча** аналогічно моделі 101.0244.1, але для моделей операційних столів **DIAMOND**® 40, ручне регулювання кута нахилу до + 90° за допомогою газової пружини.
101.0242.0 (без зображення)	**Секція для хірургії плеча** аналогічно моделі 101.0244.1, але для моделей операційних столів mobilis, ручне регулювання кута нахилу до + 90° за допомогою газової пружини.
101.0245.0	**Бічна опора для корпусу тіла** нержавіюча сталь 18/10, знімна антистатична підкладка. З пристроєм швидкого блокування, розблокування за допомогою кнопки. Кріплення до пластин для хірургії плеча 101.0244.1, 101.0243.1 і 101.0242.0.
101.0612.0	**Бічна опора для корпусу тіла, коротка** аналогічно моделі 101.0245.0, але з коротшою полицею для позиціонування пацієнтів з малою вагою.







Приладдя для ортопедії, травматології, хірургії хребта й ортопедичного витягування CE MD

Модель №	Опис
101.0266.0	**Фігурний підголівник для хірургії плеча** U-подібний шолом із м'якими підкладками і 2 гнучкими бічними підкладками для різних розмірів голови. Безпечне положення голови за допомогою 2 м'яких ременів, гігієнічний швидкознімний фіксатор. Потрібен з'єднувач підголівника 101.0364.0 для кріплення до секції для хірургії плеча.
101.2790.1	**Секція для артроскопії плеча** для операційних столів mobilis, кріплення замість пластини для ніг, ручне регулювання за допомогою газової пружини, з окремо знімними бічними підкладками для вільного доступу до плечей, з бічними напрямними. Потрібен з'єднувач для підголівника 101.0363.0 або 101.0364.0, або кріплення 101.0187.0 і фігурний підголівник 101.0266.0.
101.0108.0	**Секція для руки/кисті*** рентгенпрозора панель з армованого вуглецево-волокнистого пластику з м'якою антистатичною підкладкою з піноматеріалу, ергономічна форма для оптимального доступу до операційного поля, 815 x 520 мм (Ш x Г).
101.0070.1	**Секція для руки/кисті** рентгенпрозора пластикова панель з м'якою антистатичною підкладкою з піноматеріалу тунель для рентгенівської касети, 700 x 300 мм (Ш x Г).

Модель №	Опис



101.0163.1 **Пристрій Вайнбергера для витягування руки**
для інтрамедулярного остеосинтезу плеча, вертикальний стрижень і горизонтальна лінійна напрямна з додатковою рейкою, що регулюється за допомогою блокувального шарнірного з'єднання, кріплення до пристрою позиціонування плечової кістки 101.0136.0 і пристрою для витягування плеча 101.0253.0. Пристрій для витягування руки можна стерилізувати.




101.0136.0 **Пристрій позиціонування плечової кістки***
для інтрамедулярного остеосинтезу плеча, вертикальний стержень і горизонтальна лінійна напрямна з додатковою рейкою, що регулюється за допомогою блокувального шарнірного з'єднання, для кріплення пристрою Вайнбергера для витягування руки 101.0163.1 (замовляється окремо). Потрібен фіксатор кріплення 101.0146.0.



101.0152.0 **Протитракційна стійка для плечової кістки***
з м'якою підкладкою, рентгенпрозора.
Потрібен фіксатор кріплення 101.0146.0.

Приладдя для ортопедії, травматології, хірургії хребта й ортопедичного витягування CE MD

Модель №	Опис
	**101.0122.0** **Секція для позиціонування плеча** рентгенпрозора, регулювання висоти на прибл. 100 мм за допомогою затискача, обертається на 90°, підкладка з піноматеріалу 210 x 260 мм, (Ш x Г). Потрібен фіксатор кріплення 101.0117.0.
	**101.0105.0** **Тракційний пристрій** для витягування руки при переломах передпліччя, в комплект входить фіксатор кріплення. Можна використовувати тільки в поєднанні з опорою для пахвової западини 101.0257.0, опорою для ліктя 101.0258.0 і пристроєм Вайнбергера для витягування руки 101.0163.1.
	**101.0258.0** **Опора для ліктя*** для репозиції переломів ліктя, в комплект входить затискач. Потрібна опора для пахової западини 101.0257.0, пристрій Вайнбергера для витягування руки 101.0163.1 і тракційний пристрій 101.0105.0.
	**101.0257.0** **Опора для пахової западини*** рентгенпрозора протитракційна стійка, в комплект входить затискач, можна використовувати тільки в поєднанні з опорою для ліктя 101.0258.0.

Модель №	Опис



101.0259.0 **Опора для ноги***

утримує ногу пацієнта для полегшення дезінфекції шкіри, пересувний тримач для ніг, регульований по висоті. Потрібен затискач 101.0146.0.



101.0261.0 **Пристрій позиціонування коліна (меніска)***

рентгенпрозорий опорний валик, гнучке позиціонування ноги за допомогою затискача поворотного типу, потрібен затискач 101.0146.0.

Карбонове додаткове приладдя CE MD



Модель №	Опис
101.7151.1	**Карбонова пластина** для операційних столів **DIAMOND®**, рентгенпрозора пластина з армованого вуглецево-волокнистого пластику, кріплення до секції спинки операційного стола. Довжина 1200 мм. З антистатичним матрацом SAF 60 мм, з опорним стрижнем. Допустима вага пацієнта: з опорним стрижнем – 225 кг, без опорного стрижня – 140 кг
101.7154.0 (без зображення)	**Карбонова пластина** аналогічно моделі 101.7151.1, але для операційних столів **mobilis**. Допустима вага пацієнта: з опорним стрижнем – 225 кг, без опорного стрижня – 165 кг



101.7152.0	**Бічна напрямна для карбонової пластини** Бічні напрямні з нержавіючої сталі 18/10 25 x 10 мм, довжина 220 мм, для кріплення до карбонових пластин 101.7151.1 і 101.7154.0.

Модель №	Опис



101.7200.1 **Спеціальний підлокітник**

з рентгенпрозорою пластиною з армованого вуглецево-волокнистого пластику, кріплення до бічних напрямних. 700 x 250 мм, 600 мм з яких є рентгенпрозорими. Горизонтальне обертання із системою блокування та маховиком. М'яка антистатична підкладка SAF 25 мм.



101.7050.1 **Спеціальні секції для ніг**

для операційних столів **mobilis**, 2-секційна, з рентгенпрозорою пластиною з армованого вуглецево-волокнистого пластику, для кріплення на секції сидіння. Довжина: 850 мм, з яких 730 мм є рентгенпрозорими, подовжується на 250 мм за допомогою ламінованих пластин. Ширина: 2 x 250 мм. Вантажопідйомність до 30 кг кожна. Нахил і подовження за допомогою системи блокування і затискних важелів. Матрац SAF 60 мм, антистатичний.


DIAMOND



DIAMOND®
Пристрій для ортопедичного витягування

Витягування за допомогою пристрою для ортопедичного витягування SCHMITZ з карбону або сталі – безпечне, стабільне й ефективне. Щоразу.

Наш пристрій для ортопедичного витягування надзвичайно зручний і універсальний.

Пацієнтів можна ефективно перевести в складне положення завдяки вдосконаленому тракційноиу пристрою з кульковим затискачем і оптимізованій ергономіці.


З новим карбоновим пристроєм для ортопедичного витягування рентгенографія навіть на 360° є можливою. Додаткова ковзна каретка забезпечує швидке та безпечне позиціонування.

Нові карбонові планки забезпечують перевагу не тільки для каретки; переносну пластину для ніг для анестезії пацієнтів також можна швидко окремо закріпити на планці для витягування. Планки для витягування можуть плавно обертатися завдяки новому типу клинового затискача.

Форма секції сидіння покращує доступ і полегшує дезінфекцію операційного середовища.


1


2


3


4


5

DIAMOND®
Короткий огляд карбонового пристрою для ортопедичного витягування!

1
Каретки швидко і без зусиль ковзають по напрямних.

2
Надійне позиціонування сторони витягування, навіть при сильному витягуванні. Одна опора на кожній планці для подвійної стійкості.

3
Можна висунути праворуч або ліворуч, просто поміняйте протитракційну стійку! Планки плавно обертаються завдяки клиновому затискачу.

4
Карбонові планки для витягування – для рентгенівського випромінювання на 360°.

5
Преміальна якість виготовлення – зроблено в Німеччині.

Made in Germany



Артроскопія кульшового суглоба



Артроскопія кульшового суглоба



Перелом гомілки



Рентгенпрозорість на 360°за допомогою С-дуги



Карбонова пластина



Тракційний пристрій



Тракційний черевик



Support for exОпора планки для витягуванняtension bar



Регульована протитракційна стійка для положення лежачи на спині



Переносні секції для ніг (пара)

DIAMOND® CE MD
Пристрій для ортопедичного витягування

Модель №	Опис



101.0563.0 Пристрій для ортопедичного витягування, карбон

для операційних столів DIAMOND®, секція сидіння з карбону, з обертальним шарніром. З м'якою підкладкою, зона рентгенівського випромінювання 215 мм, діапазон 360°. Протитракційна стійка з м'якою підкладкою, що регулюється для витягування справа і зліва. Карбонові планки для ніг, довжина 1250 мм, діапазон рентгенівського випромінювання 360°.
Кожну планку можна розвести на 45° назовні та звести на 20° всередину. Алюмінієва каретка для витягування, з кріпленням до тракційного пристрою, регульована по висоті. Тракційний пристрій безперервно рухається вздовж планки, регулюється в усіх напрямках завдяки кульковому шарніру. В комплект входять 2 опори на кожному фіксаторі кріплення, які можна закріпити на планці.

Стандартне приладдя:

- 1 секція сидіння з м'якою підкладкою, карбон
- 2 планки для витягування, карбон
- 2 опори планок для витягування, нержавіюча сталь
- 2 тракційні черевики для дорослих
- 2 тракційні пристрої
- 1 регульована протитракційна стійка для положення лежачи на спині



101.0711.0 Секція сидіння з протитракційною стійкою

Конструкція аналогічна подовжувальному пристрою, карбоновому 101.0563.0, але складається із: секції сидіння подовжувального пристрою, карбонового, з м'якою підкладкою та протитракційною стійкою з м'якою підкладкою
Потрібна планка для витягування з тракційним пристроєм 101.0712.0!



101.0712.0 Планка для витягування з тракційним пристроєм

Конструкція аналогічна пристрою для ортопедичного витягування, карбоновому 101.0563.0, але складається з: однієї планки для витягування з тракційним пристроєм, що рухається вздовж планки, регулюється в усіх напрямках завдяки кульковому шарніру, і однієї опори планки для витягування, нержавіюча сталь. Потрібна секція сидіння з протитракційною стійкою 101.0711.0!


DIAMOND

DIAMOND® CE MD
Пристрій для ортопедичного витягування

Модель №	Опис



101.0566.0 **Транспортний візок**
Візок для транспортування та зберігання пристрою для ортопедичного витягування.



101.0567.0 **Переносні секції для ніг (пара)**
Для позиціонування ніг пацієнтів під час перенесення та транспортування. Фіксуються алюмінієвою висувною кареткою і вільно переміщуються вздовж планки для витягування.
З м'якою підкладкою 60 мм.
Довжина пластин для ніг: 700 мм
Ширина пластин для ніг: 225 мм з кожного боку



101.0704.0 **Переносна секція для ніг, коротка (шт.)**
Для позиціонування ніг пацієнта під час перенесення та транспортування. Кріплення за допомогою вбудованих кріплень на пластині. Кріпиться до кріплень планки для витягування пристрою для ортопедичного витягування, карбонового.
Можна використовувати з правого або лівого боку.
З ручками для перенесення та м'якою підкладкою 60 мм.
700 мм x 225 мм (Д x Ш)

DIAMOND® CE MD
Пристрій для ортопедичного витягування

Модель №	Опис



101.0568.0 **Тракційний пристрій при переломах великогомілкової кістки**
Регульована по висоті та знімна протитракційна стійка для гомілки. Можна продовжувати нахил завдяки шарніру із зубчастим вінцем. Безперешкодно ковзає вздовж планки для витягування завдяки ковзній каретці.



101.0569.0 **Фіксація виростка**
Для точної фіксації коліна, окреме регулювання завдяки асиметрично підвішеним дискам.
Можна використовувати тільки в поєднанні з тракційним пристроєм для переломів великогомілкової кістки 101.0568.0 або 101.0280.1.



101.0594.0 **Протитракційна стійка для положення на боку**
для положення пацієнта на боку, рентгенпрозора.



101.0595.0 **Гіпсовий адаптер для таза з опорою для таза**

Модель №	Опис



101.0676.0 **Спиця Кіршнера***

з тракційним затискачем, для використання на пристроях для ортопедичного витягування зі штифтами Штаймана.



101.0596.0 **Подовжувач бічної напрямної (1 шт.)**

кріплення до бічної напрямної операційного стола, для кріплення опори для ніг типу Гопель 101.0115.0, загальна довжина 490 мм = робоча довжина.



Кульковий затискач





Пристрій для ортопедичного витягування



Макс. висування планки для витягування



Ступінь витягування

Детальний опис пристрою для ортопедичного витягування для операційних столів DIAMOND® і OPX mobilis®

Інноваційний кульковий затискач із вбудованим пристроєм для ортопедичного витягування допомагає оператору в точному регулюванні операційного поля для артроскопії кульшового суглоба та в точному вправленні переломів нижніх кінцівок.

Чіткі маркерні смужки
на пристрої для ортопедичного витягування для безпечної роботи в будь-який час.

Просте точне налаштування та інтраопераційне регулювання
моніторинг необхідної сили витягування можливий у будь-який час завдяки масштабуванню на тракційному механізмі.

Простий і швидкий монтаж
на операційному столі за допомогою монтажної оправки.

Приладдя для ортопедії, травматології, хірургії хребта й ортопедичного витягування
Для лікування всіх видів переломів нижніх кінцівок. Основні характеристики:

- швидке, просте та безпечне кріплення пристрою до операційних столів DIAMOND® і mobilis
- модульна структура для оптимального діапазону застосування
- безперешкодний доступ до нижніх кінцівок для рентгенографії та повного просвічування двох осей
- добре продумане приладдя для зручного та точного позиціонування пацієнта
- стійка до дезінфекційних засобів конструкція з нержавіючої сталі



Планка для витягування
(горизонтальне або вертикальне вставлення)



Горизонтальне обертання
планок для витягування



Регулювання планки для витягування по вертикалі,
коли вона вставлена у вертикальному положенні



Регульована протитракційна
стійка для положення на спині



Перелом шийки стегнової кістки



Перелом гомілки

Пристрій для ортопедичного витягування CE MD

Модель №	Опис
101.0270.1	**Пристрій для ортопедичного витягування** планки для витягування з подвійними шарнірами з фіксацією форми, для обертання та регулювання висоти. З'єднання в планці можна регулювати горизонтально або вертикально для оптимального доступу рентгенівського випромінювання. Пересувні тракційні пристрої, що змонтовані на планках для витягування; нахильний, обертовий і поворотний шарнір. Всі металеві частини виготовлені з електрополірованої нержавіючої сталі 18/10. **Комплект із базовим приладдям:** • 1 секція сидіння з м'якою підкладкою, • 2 опори планок для витягування, • 2 секції для ніг для дорослих, • 2 тракційні черевики для дорослих, • 1 протитракційна стійка для положення на спині, регульована



Переломи діафіза стегнової кістки



Переломи шийки стегнової кістки

Пристрій для ортопедичного витягування CE MD

Модель №	Опис
101.0748.0 (без зображення)	**Транспортний візок** Візок для транспортування та зберігання пристрою для ортопедичного витягування 101.0270.1, повністю змонтованого.



101.0240.0	**Адаптер довжини для пристрою для ортопедичного витягування 101.0270.1** нержавіюча сталь 18/10, подовжує або вкорочує планку для витягування на 265 мм, що дозволяє адаптувати її до пацієнтів дуже великого або малого зросту.


Пристрій для ортопедичного витягування CE MD
Додаткове приладдя

Модель №	Опис
	**101.0340.0** **Гіпсовий адаптер для таза з опорою для таза** для кріплення до пристрою для ортопедичного витягування 101.0270.1.
	**101.0350.0** **Протитракційна стійка для положення на боку** для кріплення до пристрою для ортопедичного витягування 101.0270.1, для положення пацієнта на боку, рентгенпрозора.
	**101.0165.0** **Спиця Кіршнера*** для кріплення до пристрою для ортопедичного витягування 101.0270.1, для планок для витягування з використанням штифтів Штаймана.
	**101.0218.0** **Переносні секції для ніг (пара)** кріплення до секції сидіння з кріпленням до пристрою для ортопедичного витягування 101.0270.1, а також пряме кріплення до секції сидіння замість секцій для ніг. Гнута трубка з нержавіючої сталі 18/10 з тканинним покриттям, полегшена конструкція. Для анестезії пацієнтів при гінекологічних або урологічних втручаннях або при втручаннях з використанням пристрою для ортопедичного витягування 101.0270.1. Довжина пластин для ніг: 875 мм.


Модель №	Опис
	**101.0193.0** **Подовжувач бічних напрямних (пара)** для кріплення до бічної напрямної операційного стола, для кріплення тримача для ніг типу Гопель 101.0115.0, загальна довжина 305 мм, робоча довжина 200 мм.
	**101.0280.1** **Тракційний пристрій при переломах великогомілкової кістки** для кріплення до пристрою для ортопедичного витягування 101.0270.1, протитракційна стійка для гомілки, регульована по висоті та знімна. Нахил за допомогою шарніра із зубчастим вінцем.
	**101.0569.0** **Фіксація виростка** Для точної фіксації коліна, окреме регулювання завдяки асиметрично підвішеним дискам. Можна використовувати тільки разом із пристроєм для позиціонування гомілки 101.0568.0 або 101.0280.1
	101.0201.0 **2 секції для стоп, для дітей** (без зображення)
	101.0205.0 **2 тракційні черевики, для дітей** (без зображення)



Пристрій для ортопедичного витягування CE MD
Додаткове приладдя



Модель №	Опис
101.0224.0	**Телескопічна штанга*** для підвішування вертикальних ізоляційних штор, кріпиться до 2 вертикальних опор за допомогою 2 універсальних затискачів, телескопічна штанга регулюється від 1500 до 2800 мм.



101.0320.0	**М'яка підкладка для артроскопії кульшового суглоба** для використання в хірургії кульшового суглоба, одягається на протитракційну стійку. Висота 240 мм, діам. 230 мм.

Приладдя для позиціонування голови та нейрохірургії CE MD

Модель №	Опис
101.0141.2	**Універсальний адаптер** для операційних столів DIAMOND®, нержавіюча сталь 18/10, для кріплення універсального базового блока 101.0142.0 і з'єднувача для підголівника 101.0363.0 або 101.0364.0 або затискного пристрою 101.0187.0.
101.2720.0 (без зображення)	**Універсальний адаптер** аналогічно моделі 101.0141.2, але для операційних столів **mobilis.**
101.0364.0	**З'єднувач підголівника** з центральним квадратним кріпленням, регулювання за допомогою ручки та шарнірного з'єднання, з адаптером для бічної напрямної довжиною 150 мм, для кріплення фігурного підголівника 101.0266.0 до пластини для хірургії плеча 101.0244.1/101.0243.1/101.0242.0 або пластини для артроскопії плечового суглоба 101.2790.1.
101.0363.0	**З'єднувач підголівника** регульований по висоті та нахилу адаптер для бічної напрямної, довжина 200 мм, підходить для підголівника у формі підкови 101.0179.0 (потрібен універсальний адаптер 101.0141.2 або 101.2720.0).







Модель №	Опис



101.0187.0 **Затискний пристрій ***

з центральним квадратним кріпленням, тришарнірне регулювання за допомогою зіркоподібних ручок, з адаптером для бічної напрямної, довжиною 275 мм (потрібен універсальний адаптер 101.0141.2 або 101.2720.0).



101.0195.0 **Опора для зап'ястя***

Опора для руки при офтальмологічної мікрохірургії.
Регульована по висоті та реверсивна.
Кріпиться до затискного пристрою 101.0187.0



101.0179.0 **Підголівник у формі підкови***

Двокомпонентний, регульований по ширині підголівник з поліуретану зі знімною підкладкою та ременем для фіксації, оптимальний розподіл тиску в положенні лежачи на животі та лежачи на спині. Потрібен з'єднувач для підголівника 101.0363.0 або 101.0364.0 або затискний пристрій 101.0187.0 і універсальний адаптер 101.0141.2 або 101.2720.0.



101.0256.0 **Підголівник у формі підкови***

Двокомпонентний, регульований по ширині підголівник з поліуретану зі знімною підкладкою та ременем для фіксації, оптимальний розподіл тиску в положенні лежачи на животі та лежачи на спині. Потрібен з'єднувач для підголівника 101.0363.0 або 101.0364.0 або затискний пристрій 101.0187.0 і універсальний адаптер 101.0141.2 або 101.2720.0.



SCHMITZ
DIAMOND

Приладдя CE MD для позиціонування голови та нейрохірургії

Модель №	Опис
101.0441.1	**Секція для ротової та щелепно-лицевої хірургії** для операційних столів **DIAMOND®**, кріплення замість секції для ніг, для процедур в області голови (офтальмологія, щелепно-лицева хірургія, ЛОР), нахиляється за допомогою газової пружини до +/- 40°, підголівник із подвійним регулюванням довжини для індивідуальної адаптації до пацієнта, діапазон попереднього налаштування довжини: 210 мм, діапазон точного налаштування довжини: 70 мм, нахил за допомогою кулькового шарніра, регулювання висоти до 38 мм, знімний фігурний підголівник.
101.0503.0	**Проміжна м'яка підкладка** для підтримки шиї пацієнта, коли секція для ротової та щелепно-лицевої хірургії подовжена (приблизно 2/3 висування).
101.0501.0	**Опорний валик** наприклад, для пересадки волосся, кріпиться до пластини для ротової та щелепно-лицевої хірургії 101.0441.1 замість фігурного підголівника.
101.0502.0	**Адаптер для бічної напрямної** для кріплення фігурного підголівника 101.0179.0 до секції для ротової та щелепно-лицевої хірургії 101.0441.1 замість фігурного підголівника.









Відскануйте QR-код і відкрийте для себе можливості пластини для ротової та щелепно-лицевої хірургії!

Приладдя CE MD
для позиціонування голови та нейрохірургії

одель №	Опис



101.0014.0 **Кріплення поперечини**
нержавіюча сталь 18/10, для використання в нейрохірургії при положенні пацієнта сидячи, регулювання під різну ширину стола. Потрібні 2 затискачі 101.0146.0!



101.0142.0 **Універсальний базовий блок DORO***
з подвійним шарнірним регулюванням, кріплення до адаптера 101.0141.2 або 101.2720.0 або до кріплення поперечини 101.0014.0. Потрібен адаптер для фіксатора черепа 101.0113.0 і фіксатор черепа 101.0127.0 або фігурний підголівник 101.156.0.



101.0113.0 **Адаптер для фіксатора черепа DORO***
для кріплення фіксатора черепа 101.0127.0 або фігурного підголівника 101.0156.0 до універсального базового блока 101.0142.0.
За запитом також доступний у рентгенпрозорому матеріалі.

Модель №	Опис



101.0486.0 Рентгенпрозора система підголівників*

для рентгенографії, візуалізації кровоносних судин (ЦСА), що складається з:

- Базовий блок DORO LUCENT®
- Блокувальний перехідник DORO LUCENT®
- Перехідний елемент DORO LUCENT®
- Поворотний рентгенпрозорий адаптер DORO®
- Рентгенпрозорий фіксатор черепа DORO®
- Штифті для черепа DORO LUCENT® багаторазового використання, для дорослих (3 шт.) (немає зображення)
- Футляр для зберігання DORO LUCENT® (немає зображення)



101.0127.0 Фіксатор черепа DORO*

для надійної та стабільної 3-точкової фіксації голови пацієнта в положенні лежачи, на животі, на боку або сидячи.
У комплект входять штифти для черепа DORO 101.0188.0 (набір із 3 шт.).
За запитом також доступний у рентгенпрозорому матеріалі.



101.0156.0 Фігурний підголівник DORO*

U-подібні гелеві підкладки з подвійним регулюванням, потрібен адаптер фіксатора черепа 101.0113.0 і базовий блок 101.0142.0.



101.0180.0 Штифти для черепа DORO*

штифти для черепа, багаторазового використання, педіатричні (3 шт.)




101.0188.0 Штифти для черепа DORO*

штифти для черепа, багаторазового використання, для дорослих (3 шт.)



Вбудований фіксатор кріплення з покриттям



М’який подовжувач використовується для покриття та захисту головки малогомілкової кістки та малогомілкового нерва навколо неї.



Опори для ніг CE MD

	Модель №	Опис
	**101.0369.0**	**Опори для ніг UniLeg (пара) із протектором малогомілкового нерва** регулюються по висоті та розсуваються з боку стопи за допомогою газової пружини, пластикове покриття з м'якою підкладкою для стопи та гомілки, регульовані в усіх положеннях, із вбудованим кріпленням на бічній напрямній.
	**101.0678.0**	**Опори для ніг UniLeg (пара)** аналогічно моделі UniLeg 101.0369.0, але **без** протектора малогомілкового нерва.


SCHMITZ
DIAMOND

Приладдя CE MD для гінекології та урології

Модель №	Опис



101.0115.0 **Опора для ніг (типу Гопель)**
суцільний піноматеріал чорного кольору, антистатичний, із ременем для фіксації. Нержавіюча сталь 18/10, стрижень довжиною 520 мм. Потрібен фіксатор кріплення 101.0018.0 або 101.0146.0.





101.0219.0 **Опора для ніг типу Гопель, підвищеної міцності (пара)**
з нержавіючої сталі 18/10, регулюється за допомогою зручного шарніра, вільно рухома колінна милиця, яку можна заблокувати за потреби, алюмінієва колінна милиця зі знімною підкладкою з піноматеріалу, в комплект входить ремінь для фіксації, регульована та вільно рухома опора для ніг, алюмінієва оболонка зі знімною підкладкою, в комплект входить ремінь; стрижень довжиною 520 мм. Максимально допустима вага пацієнта: 250 кг. Потрібні 2 затискачі 101.0147.0

Приладдя CE MD для гінекології та урології



Модель №	Опис
101.0197.1	**Адаптер, довгий** для операційних столів **DIAMOND®**, щоб подовжити секцію сидіння прибл. на 420 мм, з вирізом для урологічних втручань, повністю рентгенпрозорий, з бічними напрямними з нержавіючої сталі 18/10, 25 x 10 мм і монтажними затискними пристроями для секції для ніг. За запитом також доступні столи без вирізу для гінекології.
101.0520.1 (без зображення)	**Подвійна стільниця** для розміщення рентгенівської касети, для адаптера, довгого 101.0197.1.
101.6010.1 (без зображення)	**Адаптер, довгий** аналогічно 101.0197.1, але для операційних столів mobilis. **Примітка! До адаптера не можна приєднати додаткову секцію для ніг.**



101.0204.1	**Адаптер, короткий** для операційних столів **DIAMOND®**, щоб подовжити секцію сидіння на 285 мм, для гінекологічної та урологічної хірургії, повністю рентгенпрозорий, з бічними напрямними, вирізом для гінекології та монтажними затискними пристроями для секції для ніг. За запитом також доступні столи без вирізу для гінекології.
101.0530.1 (без зображення)	**Подвійна стільниця** для розміщення рентгенівської касети, для адаптера, короткого 101.0204.1.
101.4010.1 (без зображення)	**Адаптер, короткий** аналогічно моделі 101.0204.1, але для операційних столів **mobilis**. **Примітка! До адаптера не можна приєднати додаткову секцію для ніг.**

Модель №	Опис



101.0170.0 **Раковина для промивання з тримачем**
для операційних столів **DIAMOND®,** нержавіюча сталь 18/10, кріплення до колони стола, з випускним отвором і пластиковим шлангом, розміри лотка: 350 x 325 x 60 мм (Ш x Г x В).



101.0182.0 **Поворотна раковина для промивання з тримачем**
тримач і раковина з нержавіючої сталі 18/10, з випускним отвором і пластиковим шлангом, у комплект входить затискач для кріплення до бічної напрямної.
Розміри лотка: 350 x 325 x 150 мм (Ш x Г x В).

101.0191.0 (без зображення) **Сито для ТУР**
нержавіюча сталь 18/10, для раковин 101.0170.0, 101.0182.0, 101.2470.0 та 101.0362.1.



101.2470.0 **Раковина для промивання з тримачем**
для операційних столів **mobilis**, нержавіюча сталь 18/10, кріплення до колони стола, з випускним отвором і пластиковим шлангом, розміри лотка: 350 x 325 x 60 мм (Ш x Г x В).




101.0362.1 **Раковина для промивання з випускним отвором**
для операційних столів **DIAMOND®**, нержавіюча сталь 18/10, знімна, з випускним отвором і шлангом, довжина 1200 мм. Кріплення до адаптера, короткого 101.0204.1 або адаптера, довгого 101.0197.1.
Розміри лотка: 350 x 325 x 100 мм (Ш x Г x В).

Приладдя CE MD для гінекології та урології



Модель №	Опис
101.0589.0	**Полиця для гінекологічних інструментів** для операційних столів **DIAMOND**®, для інструментів, які необхідні під час процедури, вставляється в кріплення секції для ніг операційного стола, розміри полиці 548 x 288 мм.
101.0449.0	**Лоток для гінекологічних інструментів** Змінний лоток для встановлення в полицю для гінекологічних інструментів 101.0589.0, розміри лотка 548 x 288 мм.



101.0365.0	**Система збору рідини*** для збору рідини під час гістероскопії або цистоскопії, гнучка рама для утримування дренажних шторок, у комплект входить 10 шторок 101.0499.0 і фіксатор кріплення для кріплення до бічних напрямних.
101.0499.0	**Дренажні шторки*** для використання із системою збору рідини 101.0365.0 (10 шт. у коробці).

Модель №	Опис



101.0129.0 **Підлокітники (пара)**
з опорами з нержавіючої сталі 18/10 для кріплення до довгого адаптера 101.0197.1 або короткого адаптера 101.0204.1, для операційних столів **DIAMOND®,** м'які антистатичні підкладки з піноматеріалу з покриттям, 120 x 200 мм (Д x Ш).
Не можна використовувати в поєднанні з раковиною з гіроскопічним змиванням 101.0584.1 або раковиною для промивання з випускним отвором 101.0362.1.

101.6020.0 (без зображення) **Підлокітники (пара)**
аналогічно моделі 101.0129.0, але для кріплення до довгого адаптера 101.6010.1 або короткого адаптера 101.4010.1, для операційних столів **mobilis**, м'які підкладки з піноматеріалу з покриттям.



101.0584.1 **Раковина з гіроскопічним змиванням**
для кріплення до адаптера, короткого 101.0204.1 або адаптера, довгого 101.0197.1, велика кругла раковина з нержавіючої сталі 18/10, Ø 360 мм, розсувна, поворотна, блокується в будь-якому положенні. Без профільованого обідка для максимальної гігієни. Захист від запаху за допомогою встановленого сифона (настінна/підлогова система). Подача води вручну з водопровідного крана. Надзвичайно гнучкий зливний шланг і з'єднувальний елемент, Ø 40 мм. Відповідно до DIN EN 1717.

101.0588.0 (без зображення) **Сито для ТУР**
кругле, нержавіюча сталь 18/10, для раковини з гіроскопічним змиванням 101.0584.1.

Допоміжні засоби позиціонування CE MD


Модель №	Опис
	**101.0327.0** **Гелева підкладка для бічного позиціонування*** для безпечного положення на боку, для зменшення тиску на плечовий суглоб і захисту нервових шляхів, для хірургічних втручань на стегні, плечі або нирці, 720 x 500 x 160 мм (Ш x Г x В).
	**101.0328.0** **Гелеві підкладки під п'яти* (пара)** для підтримки зони ахіллового сухожилля та зняття тиску з п'ят пацієнта під час тривалих хірургічних процедур, 190 x 100 x 70 мм (Ш x Г x В).
	**101.0329.0** **Гелеве кільце під голову*** розімкнене, для дорослих, забезпечує стабільність і захист обличчя пацієнта під час операції в положенні на боку, Ø 200 x 54 мм.
	**101.0331.0** **Гелеве кільце під голову*** розімкнене, педіатричне, забезпечує стабільність і захист обличчя пацієнта під час операції в положенні на боку, Ø 140 x 34 мм.
	**101.0332.0** **Гелеве кільце під голову*** замкнене, для дорослих, захищає голову та вуха пацієнта під час операції в положенні лежачи на спині, Ø 200 x 50 мм.

	Модель №	Опис
	**101.0333.0**	**Гелеве кільце під голову*** замкнене, педіатричне, захищає голову та вуха пацієнта під час операції в положенні лежачи на спині, Ø 140 x 34 мм.
	**101.0334.0**	**Гелевий підголівник для положення лежачи на животі*** для дорослих, анатомічно сконструйований таким чином, щоб голова пацієнта могла зручно лежати обличчям вниз, отвори для ET трубок з обох боків, 280 x 240 x 140 мм (Ш x Г x В).
	**101.0335.0**	**Гелевий підголівник для положення лежачи на животі*** педіатричний, анатомічно сконструйований таким чином, щоб голова пацієнта могла зручно лежати обличчям вниз, отвори для ET трубок з обох боків, 260 x 230 x 135 мм (Ш x Г x В).
	**101.0336.0**	**Гелеве кільце під голову*** замкнене, для немовлят, захищає голову та вуха пацієнта під час операції в положенні лежачи на спині, Ø 90 x 20 мм.
	**101.0355.0**	**Гелевий позиціонувач для положення лежачи на животі, великий*** усуває тиск на живіт і полегшує вентиляцію та циркуляцію під час тривалих випадків у положенні лежачи на животі, 1115 x 520 x 140 мм.

Допоміжні засоби позиціонування CE MD



Модель №	Опис
101.0353.0	**Гелева підкладка для операційного стола*** 1150 x 520 x 10 мм.
101.0354.0 (без зображення)	**Гелева підкладка для операційного стола*** 1800 x 520 x 10 мм.



101.0339.0	**Гелевий валик для грудної клітки з плоским дном*** для дорослих, 505 x 140 x 110 мм.



101.0345.0	**Гелевий універсальний позиціонувач пацієнта*** 150 x 60 x 40 мм.
101.0346.0	**Гелевий універсальний позиціонувач пацієнта*** 330 x 70 x 50 мм.
101.0347.0	**Гелевий універсальний позиціонувач пацієнта*** 290 x 100 x 60 мм.
101.0348.0	**Гелевий універсальний позиціонувач пацієнта*** 345 x 120 x 70 мм.

Модель №	Опис




101.0343.0 **Гелева підкладка для фіксації руки***
підходить для акрилового протектора руки 101.0153.0, 157 x 128 x 15 мм.



101.0344.0 **Гелевий крижовий протектор***
для забезпечення підтримки в положенні лежачи на спині та літотомічному положенні, для дорослих, 450 x 445 x 30 мм.




101.0211.0 **Подушка**
з піноматеріалу з антистатичним покриттям, напівкругла, 240 x 120 x 475 мм (Ш x В x Д).



101.0208.0 **Подушка для сплетень***
для положення пацієнта лежачи на спині, призначена для запобігання паралічу плечового сплетення та стабілізації голови, 440 x 500 x 100 мм (Ш x Г x В).

Допоміжні засоби позиціонування CE MD

Модель №	Опис
	**101.0352.0** **Гелевий бічний позиціонувач для ніг*** для положення пацієнта на боку, для дорослих, 650 x 400 x 230 мм.
	**101.0341.0** **Гелева сформована підкладка для руки*** сформована, для дорослих, 510 x 155 x 40 мм.
	101.0342.0 (без зображення) **Гелева сформована підкладка для руки*** сформована, для підлітків, 395 x 140 x 40 мм.
	**101.0337.0** **Гелевий підголівник для положення лежачи на спині*** для дорослих, ергономічної форми для розміщення голови пацієнта під час операцій на очах та інших процедур у положенні лежачи на спині, 275 x 237 x 90 мм.
	101.0338.0 (без зображення) **Гелевий підголівник для положення лежачи на спині*** аналогічно моделі 101.0337.0, але для підлітків, 275 x 230 x 65 мм.

Модель №	Опис



101.0349.0 **Гелеві підкладки на стремена милиць* (пара)**
для опор для ніг типу Гопель, для захисту нервів і кровоносних судин ноги під час процедур у літотомічному положенні, 370 x 205 x 25 мм.



101.0351.0 **Гелева підкладка під коліна***
для захисту колін від пошкодження тиском в положенні лежачи на животі, для дорослих, 510 x 150 x 40 мм.


DIAMOND

Допоміжні засоби позиціонування CE MD

	Модель №	Опис
	**101.0547.0**	**Вакуумний матрац, для положення на боку*** Підходить для положення пацієнтів на боку. Оптимізоване скидання тиску завдяки наповненню MicroSpace з практично нефактурною поверхнею, в комплект входить нековзний килимок. 2120 мм x 950/700 мм (Д x Ш).
	**101.0548.0**	**Вакуумний матрац, стандартний*** Підходить для всіх стандартних процедур у положенні лежачи на спині, які вимагають стабільного положення пацієнта. Оптимізоване скидання тиску завдяки наповненню MicroSpace з практично нефактурною поверхнею, в комплект входить нековзний килимок. 2000 мм x 750 мм (Д x Ш).
	101.0749.0 (без зображення)	**Вакуумний матрац, стандартний*** аналогічно моделі 101.0548.0, але розміри 2000 мм x 1000 мм (Д x Ш).
	**101.0549.0**	**Вакуумний матрац, SigmaLap*** Підходить для лапароскопічних сигма-резекцій, дозволяє розташувати пацієнтів у літотомічному положенні з руками вздовж тіла і в крайньому положенні головою вниз. Оптимізоване скидання тиску завдяки наповненню MicroSpace з практично нефактурною поверхнею, в комплект входить нековзний килимок. 1250 мм x 750/1000 мм (Д x Ш).



101.0120.0



101.0212.0



101.0266.0



101.0115.0



101.0179.0



101.0015.0

Операційні столи DIAMOND® і OPX mobilis® CE MD
Огляд приладдя

Опис	Модель №	Стор.	mobilis 200	mobilis 300	mobilis RC 30	mobilis RC 40	DIAMOND® 40	DIAMOND® 50	DIAMOND® 60
Опора для плечей (пара)	101.0010.0	28	■	■	■	■	■	■	■
Анестезіологічна рамка	101.0012.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Кріплення поперечини	101.0014.0	72	■	■	■	■	■	■	■
М'яка підкладка	101.0015.0	37	■	■	■	■	■	■	■
Секція для голови	101.0017.2	16					■	■	■
Фіксатор кріплення	101.0018.0	27	■	■	■	■	■	■	■
Підлокітник	101.0019.0	23	■	■	■	■	■	■	■
Операційний стіл для руки/кисті	101.0070.1	40	■	■	■	■	■	■	■
Тракційний пристрій	101.0105.0	42	■	■	■	■	■	■	■
Бічна опора (1 шт.)	101.0107.1	28	■	■	■	■	■	■	■
Операційний стіл для руки/кисті	101.0108.0	40	■	■	■	■	■	■	■
Підлокітник	101.0109.1	23	■	■	■	■	■	■	■
Подовжувач анестезіологічної рамки	101.0111.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Адаптер для фіксатора черепа DORO	101.0113.0	72	■	■	■	■	■	■	■
Опора для ніг (типу Гопель)	101.0115.0	77	■	■	■	■	■	■	■
Секція для ніг	101.0116.2	17					■	■	■
Фіксатор кріплення	101.0117.0	27	■	■	■	■	■	■	■
Пересувний стелаж для приладдя	101.0120.0	30	■	■	■	■	■	■	■
Кронштейн для підтримки корпусу тіла	101.0121.0	29	■	■	■	■	■	■	■
Секція для позиціонування плеча	101.0122.0	42	■	■	■	■	■	■	■
Тримач зап'ястя	101.0123.0	25	■	■	■	■	■	■	■
Гнучка анестезіологічна рамка	101.0125.0	25	■	■	■	■	■	■	■
Фіксатор черепа DORO	101.0127.0	73	■	■	■	■	■	■	■
Підлокітники (пара)	101.0129.0	81					■	■	■
Подовжувач секції спинки, фіксований	101.0131.1	16					■	■	■
Фіксатор кріплення	101.0132.0	27	■	■	■	■	■	■	■
Опорний валик для корпусу тіла	101.0135.0	29	■	■	■	■	■	■	■
Пристрій позиціонування плечової кістки	101.0136.0	41	■	■	■	■	■	■	■
Тримач зап'ястя	101.0137.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Інфузійна стійка	101.0139.0	26	■	■	■	■	■	■	■
Універсальний адаптер	101.0141.2	68					■	■	■
Універсальний базовий блок DORO	101.0142.0	72	■	■	■	■	■	■	■
Секція для ніг	101.0145.2	17					■	■	■
Фіксатор кріплення	101.0146.0	27	■	■	■	■	■	■	■
Фіксатор кріплення	101.0147.0	27	■	■	■	■	■	■	■
Плечова/бічна опора	101.0151.0	29	■	■	■	■	■	■	■
Протитракційна стійка для плечової кістки	101.0152.0	41	■	■	■	■	■	■	■
Протектор руки	101.0153.0	26	■	■	■	■	■	■	■
Тримач трубок	101.0154.0	26	■	■	■	■	■	■	■
Фігурний підголівник DORO	101.0156.0	73	■	■	■	■	■	■	■
Подовжувач секції спинки, з можливістю нахилу	101.0159.0	16					■	■	■
Опора для спини/сідниць	101.0162.0	29	■	■	■	■	■	■	■
Пристрій Вайнбергера для витягування руки	101.0163.1	41	■	■	■	■	■	■	■
Ремінь для фіксації ніг	101.0164.0	25	■	■	■	■	■	■	■
Спиця Кіршнера	101.0165.0	64	■	■	■	■	■	■	■
Раковина для промивання з тримачем	101.0170.0	79					■	■	■
Секція для ніг, із чотирьох частин	101.0171.1	21					■	■	■
Опора для лобка/крижів/грудини	101.0175.0	29	■	■	■	■	■	■	■
Ремінь для фіксації корпусу тіла	101.0177.1	25	■	■	■	■	■	■	■
Опора для ректоскопії/сідниць	101.0178.0	28	■	■	■	■	■	■	■
Підголівник у формі підкови	101.0179.0	69	■	■	■	■	■	■	■
Штифти для черепа DORO	101.0180.0	73	■	■	■	■	■	■	■
Поворотна раковина для промивання з тримачем	101.0182.0	79	■	■	■	■	■	■	■
Ремінь для фіксації ніг	101.0185.0	33	■	■	■	■	■	■	■
Опора для колін/стоп	101.0186.1	28					■	■	■
Затискний пристрій	101.0187.0	69	■	■	■	■	■	■	■
Штифти для черепа DORO	101.0188.0	73	■	■	■	■	■	■	■
Бічна опорна підкладка (шт.)	101.0190.0	28+37	■	■	■	■	■	■	■
Сито для TYP	101.0191.0	79	■	■	■	■	■	■	■
Підлокітник	101.0192.0	23	■	■	■	■	■	■	■

Опис	Модель №	Стор.	mobilis 200	mobilis 300	mobilis RC 30	mobilis RC 40	DIAMOND® 40	DIAMOND® 50	DIAMOND® 60
Подовжувач бічних напрямних (пара)	101.0193.0	65	■	■	■	■	■	■	■
Набір подовжувальних підкладок	101.0194.0	35	■	■	■	■	■	■	■
Опора для зап'ястя	101.0195.0	69	■	■	■	■	■	■	■
Адаптер, довгий	101.0197.1	78					■	■	■
Набір подовжувальних підкладок	101.0200.0	35	■	■	■	■	■	■	■
2 секції для стоп, для дітей	101.0201.0	65	■	■	■	■	■	■	■
Адаптер, короткий	101.0204.1	78					■	■	■
2 тракційні черевики, для дітей	101.0205.0	65	■	■	■	■	■	■	■
Ножний пульт керування, з кабельним підключенням	101.0206.1	13						■	■
Подушка для сплетень	101.0208.0	85	■	■	■	■	■	■	■
Пластина секції спинки	101.0210.1	36						■	■
Подушка	101.0211.0	85	■	■	■	■	■	■	■
Пристрій позиціонування коліна	101.0212.0	37	■	■	■	■	■	■	■
Підкладки 80 мм за додаткову плату[1]	101.0213.0	-					■	■	■
Пульт керування, Bluetooth®	101.0214.1	12						■	■
Ножний пульт керування, Bluetooth®	101.0216.1	13						■	■
Переносні секції для ніг (пара)	101.0218.0	33+64	■	■	■	■	■	■	■
Опора для ніг типу Гопель, підвищеної міцності (пара)	101.0219.0	77	■	■	■	■	■	■	■
Кабель вирівнювання потенціалів	101.0220.0	34	■	■	■	■	■	■	■
Телескопічна штанга	101.0224.0	67	■	■	■	■	■	■	■
Функція повернення до нуля[1]	101.0225.0	-			■				
Функція повернення до нуля[1]	101.0226.0	-				■			
5-те напрямне колесо[1]	101.0227.0	-					■	■	■
Тримач касети	101.0228.0	34					■	■	■
Кабель вирівнювання потенціалів	101.0230.0	34	■	■	■	■	■	■	■
Адаптер для приладдя з електр. регулюванням	101.0238.0	16					■	■	■
Секція для дитячої хірургії DIAMOND®	101.0239.0	33					■	■	■
Адаптер довжини для пристрою для ортопедичного витягування	101.0240.0	63	■	■	■	■	■	■	■
Секція для дитячої хірургії mobilis	101.0241.0	33	■	■	■	■			
Секція для хірургії плеча	101.0242.0	39	■	■	■	■			
Секція для хірургії плеча	101.0243.1	39					■		
Секція для хірургії плеча	101.0244.1	39						■	■
Бічна опора для корпусу тіла (шт.)	101.0245.0	39	■	■	■	■	■	■	■
Захист від бризок	101.0247.0	30					■	■	■
Бічні огородження (пара)	101.0248.0	32	■	■	■	■	■	■	■
Підкладка для бічних огороджень (шт.)	101.0249.0	32	■	■	■	■	■	■	■
Кріпильний ремінь 840 мм	101.0252.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Пристрій для витягування плеча	101.0253.0	36	■	■	■	■	■	■	■
Тримач рентгенівської касети	101.0255.0	34	■	■	■	■	■	■	■
Підголівник у формі підкови, керування однією рукою	101.0256.0	69	■	■	■	■	■	■	■
Опора для пахвової западини	101.0257.0	42	■	■	■	■	■	■	■
Опора для ліктя	101.0258.0	42	■	■	■	■	■	■	■
Опора для ноги	101.0259.0	43	■	■	■	■	■	■	■
Пристрій для позиціонування меніска	101.0261.0	43	■	■	■	■	■	■	■
Кріпильний ремінь 1400 мм	101.0262.0	24	■	■	■	■	■	■	■
Фігурний підголівник для хірургії плеча	101.0266.0	40	■	■	■	■	■	■	■
Пристрій для ортопедичного витягування	101.0270.1	61	■	■	■	■	■	■	■
Тракційний пристрій при переломах великогомілкової кістки	101.0280.1	65	■	■	■	■	■	■	■
Підкладка для артроскопії кульшового суглобу	101.0320.0	67	■	■	■	■	■	■	■
Гелева підкладка для артроскопії кульшового суглоба	101.0327.0	82	■	■	■	■	■	■	■
Гелеві підкладки під п'яти (пара)	101.0328.0	82	■	■	■	■	■	■	■
Гелеве кільце під голову	101.0329.0	82	■	■	■	■	■	■	■
Гелеве кільце під голову	101.0331.0	82	■	■	■	■	■	■	■
Гелеве кільце під голову	101.0332.0	82	■	■	■	■	■	■	■
Гелеве кільце під голову	101.0333.0	83	■	■	■	■	■	■	■
Гелевий підголівник для положення лежачи на животі	101.0334.0	83	■	■	■	■	■	■	■

[1] Ці позиції можна знайти в основних каталогах операційних столів серій DIAMOND® і OPX mobilis®.



101.0369.0



101.0566.0



101.0486.0



101.0368.0



101.0737.0



101.0504.0

Операційні столи DIAMOND® і OPX mobilis® CE MD
Огляд приладдя

Опис	Модель №	Стор.	mobilis 200	mobilis 300	mobilis RC 30	mobilis RC 40	DIAMOND*40	DIAMOND*50	DIAMOND*60
Гелевий підголівник для положення лежачи на животі	101.0335.0	83	■	■	■	■	■	■	■
Гелеве кільце під голову	101.0336.0	83	■	■	■	■	■	■	■
Гелевий підголівник для положення лежачи на спині	101.0337.0	86	■	■	■	■	■	■	■
Гелевий підголівник для положення лежачи на спині 101.0338.0 86	101.0338.0	86	■	■	■	■	■	■	■
Гелевий валик для грудної клітки з плоским дном	101.0339.0	84	■	■	■	■	■	■	■
Гіпсовий адаптер для таза з опорою для таза	101.0340.0	64	■	■	■	■	■	■	■
Гелева сформована підкладка для руки	101.0341.0	86	■	■	■	■	■	■	■
Гелева сформована підкладка для руки	101.0342.0	86	■	■	■	■	■	■	■
Гелева підкладка для фіксації руки	101.0343.0	85	■	■	■	■	■	■	■
Гелевий крижовий протектор	101.0344.0	85	■	■	■	■	■	■	■
Гелевий універсальний позиціонувач пацієнта	101.0345.0	84	■	■	■	■	■	■	■
Гелевий універсальний позиціонувач пацієнта	101.0346.0	84	■	■	■	■	■	■	■
Гелевий універсальний позиціонувач пацієнта	101.0347.0	84	■	■	■	■	■	■	■
Гелевий універсальний позиціонувач пацієнта	101.0348.0	84	■	■	■	■	■	■	■
Гелеві підкладки на стремена милиць (пара)	101.0349.0	87	■	■	■	■	■	■	■
Протитракційна стійка для положення на боку	101.0350.0	64	■	■	■	■	■	■	■
Гелева підкладка під коліна	101.0351.0	87	■	■	■	■	■	■	■
Гелевий бічний позиціонувач для ніг	101.0352.0	86	■	■	■	■	■	■	■
Гелева підкладка для операційного стола	101.0353.0	84	■	■	■	■	■	■	■
Гелева підкладка для операційного стола	101.0354.0	84	■	■	■	■	■	■	■
Гелевий позиціонувач для положення лежачи на жив оті, великий	101.0355.0	83	■	■	■	■	■	■	■
Зарядна станція, на підставці	101.0356.0	15					■	■	■
Зарядна станція, настінне кріплення	101.0357.0	15					■	■	■
Зарядна станція, кріплення на бічній напрямній	101.0358.0	15					■	■	■
Ножний пульт керування, з кабельним підключенням	101.0359.0	13					■		
Ножний пульт керування, Bluetooth®	101.0360.0	13					■		
Раковина для промивання з випускним отвором	101.0362.1	79					■	■	■
З'єднувач підголівника	101.0363.0	68	■	■	■	■	■	■	■
З'єднувач підголівника	101.0364.0	68	■	■	■	■	■	■	■
Система збору рідини	101.0365.0	80	■	■	■	■	■	■	■
Секція для стоп (пара)	101.0368.0	35	■	■	■	■	■	■	■
Опори для ніг UniLeg (пара) із протектором малогомілкового нерва	101.0369.0	75	■	■	■	■	■	■	■
Ручний пульт керування, з кабельним підключенням	101.3380.1	12						■	■
Адаптер Bluetooth®	101.0391.1	13					■	■	■
Адаптер для ножного пульта керування, з кабельним підключенням	101.037.0	-					■	■	■
Пересувний стелаж для зберігання пластин для голови та ніг	101.0410.0	31					■	■	■
Подвійна стільниця[1]	101.0430.0	-					■	■	■
Пластина для ротової та щелепно-лицевої хірургії	101.0441.1	71					■	■	■
Подовжувач стола (пара)	101.0443.0	35	■	■	■	■	■	■	■
Лоток для гінекологічних інструментів	101.0449.0	80					■	■	■
Ремінь для фіксації корпусу тіла	101.0455.1	25	■	■	■	■	■	■	■
Подвійна стільниця стола для 101.0017.2	101.0480.0	16					■	■	■
Рентгенпрозора система підголівників	101.0486.0	73	■	■	■	■	■	■	■
Подвійна стільниця для 101.0145.2	101.0490.0	17					■	■	■
Дренажні шторки	101.0499.0	80	■	■	■	■	■	■	■
Подвійна стільниця стола для 101.0116.2	101.0500.0	17					■	■	■
Опорний валик	101.0501.0	71					■	■	■
Адаптер для бічної напрямної	101.0502.0	71					■	■	■
Проміжна м'яка підкладка	101.0503.0	71					■	■	■
Транспортний візок для прибирання DIAMOND®	101.0504.0	32					■	■	■
Подвійна стільниця стола для 101.0131.1	101.0510.1	16					■	■	■
Подвійна стільниця стола для 101.0197.1	101.0520.1	78					■	■	■
Подвійна стільниця стола для 101.0204.1	101.0530.1	78					■	■	■
Подвійна стільниця стола для 101.0171.1	101.0540.0	21					■	■	■
Вакуумний матрац, для положення на боку	101.0547.0	89	■	■	■	■	■	■	■
Вакуумний матрац, стандартний	101.0548.0	89	■	■	■	■	■	■	■

Опис	Модель №	Стор.	mobilis 200	mobilis 300	mobilis RC 30	mobilis RC 40	DIAMOND*40	DIAMOND*50	DIAMOND*60
Вакуумний матрац, SigmaLap	101.0549.0	89	■	■	■	■	■	■	■
Пристрій для ортопедичного витягування, карбон	101.0563.0	53					■	■	■
Транспортний візок	101.0566.0	55					■	■	■
Переносні пластини для ніг (пара)	101.0567.0	55					■	■	■
Пристрій для позиціонування гомілки	101.0568.0	56					■	■	■
Фіксація виростка	101.0569.0	56+65	■	■	■	■	■	■	■
Універсальна пластина для ніг	101.0572.0	20					■	■	■
Аварійне керування для mobilis RC 30[1]	101.0573.0	-			■				
Аварійне керування для mobilis RC 40[1]	101.0574.0	-				■			
Подвійна стільниця для 101.0159.0	101.0580.0	16					■	■	■
Опора для артроскопії колінного суглоба	101.0583.0	37	■	■	■	■	■	■	■
Раковина з гіроскопічним змиванням	101.0584.1	81					■	■	■
Ручки (пара)	101.0586.0	29	■	■	■	■	■	■	■
Сито для TYP	101.0588.0	81					■	■	■
Полиця для гінекологічних інструментів	101.0589.0	80					■	■	■
Ручний пульт керування, з кабельним підключенням	101.0590.1	12					■		
Ручний пульт керування, Bluetooth®	101.0591.1	12					■		
Протитракційна стійка для положення на боку	101.0594.0	56					■	■	■
Гіпсовий адаптер для таза з опорою для таза	101.0595.0	56					■	■	■
Подовжувач бічної напрямної	101.0596.0	57					■	■	■
Бічна опора для корпусу тіла (шт.)	101.0612.0	39	■	■	■	■	■	■	■
Секція для ніг, полегшений варіант	101.0621.0	17					■	■	■
Модуль інтеграції SCHMITZ	101.0622.0	31					■	■	■
Модуль інтеграції SCHMITZ	101.0623.0	31					■	■	■
Ремінь для фіксації ніг	101.0625.0	25	■	■	■	■	■	■	■
Спиця Кіршнера	101.0676.0	57					■	■	■
Опори для ніг UniLeg (пара)	101.0678.0	75	■	■	■	■	■	■	■
Пластини для колін/стоп (пара)	101.0682.0	37	■	■	■	■	■	■	■
Подовжувач секції спинки, короткий	101.0689.0	17					■	■	■
Подвійна стільниця для 101.0689.0	101.0690.0	17					■	■	■
Переносна секція для ніг, коротка (шт.)	101.0704.0	55					■	■	■
Секція сидіння з протитракційною стійкою	101.0711.0	53					■	■	■
Планка для витягування з тракційним пристроєм	101.0 712.0	53					■	■	■
Пересувний стелаж для приладдя	101.073 7.0	30					■	■	■
Транспортний візок	101.0748.0	63	■	■	■	■	■	■	■
Вакуумний матрац, стандартний	101.0 749.0	89	■	■	■	■	■	■	■
Опора для колін/стоп	101.2070.1	28	■	■	■	■			
Секція для ніг розділена (пара)	101.2170.1	22	■	■	■	■			
Секція для ніг	101.2180.1	22	■	■	■	■			
Раковина для промивання з тримачем	101.2470.0	79	■	■	■	■			
Підголівник	101.2580.1	22	■	■	■	■			
Підголівник	101.2590.1	22	■	■	■	■			
Універсальний адаптер	101.2720.0	68	■	■	■	■			
Пластина секції спинки	101.2780.1	36	■	■	■	■			
Секція для артроскопії плеча	101.2790.1	40	■	■	■	■			
Тримач касети	101.2810.0	34	■	■	■	■			
Поперечина з армованого вуглецево-волокнистого пластику	101.2950.0	34	■	■	■	■			
Адаптер, короткий	101.4010.1	78	■	■	■	■			
Адаптер, довгий	101.6010.1	78	■	■	■	■			
Підлокітники (пара)	101.6020.0	81	■	■	■	■			
Спеціальні секції для ніг	101.7050.1	45	■	■	■	■			
Карбонова пластина для DIAMOND®	101.7151.1	44					■	■	■
Бічна напрямна для карбонової пластини	101.7152.0	44	■	■	■	■	■	■	■
Карбонова пластина для mobilis	101.7154.0	44	■	■	■	■			
Спеціальний підлокітник	101.7200.1	45	■	■	■	■	■	■	■

[1] Ці позиції можна знайти в основних каталогах операційних столів серій DIAMOND® і OPX mobilis®.


SCHMITZ
A SENSE OF CONFIDENCE

CE MD

Усі пристрої, що позначені символом CE-MD, а також наше додаткове приладдя відповідають вимогам Регламенту щодо медичних виробів 2017/745/ЄС (MDR), а також змінам до закону щодо медичних виробів і належать до медичних пристроїв класу ризику I.

CE

Усі пристрої, що позначені символом CE, відповідають вимогам Директиви про низьку напругу 2014/35/ЄС, а також регламенту щодо електричного обладнання.

Будь ласка, також зверніться до інструкції з використання, щоб отримати докладнішу інформацію про використання за призначенням!

Ми пройшли сертифікацію відповідно до DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 13485:2016

Контакти

SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)

Поштова скринька 14 61
58734 Wickede (Ruhr) Німеччина

Тел.: +49 (0)2377 84 0
Факс: +49 (0)2377 84 162
zentrale@schmitz-soehne.de

Відділ експорту:
Тел.: +49 (0)2377 84 0
Факс: +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Служба технічної підтримки,
гаряча лінія:
Тел.: +49 (0)2377 84 549
Факс: +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Інформацію про наші установи по всьому світу можна знайти на нашому вебсайті:
www.schmitz-soehne.com

*Цей виріб є товаром, який продається під торговельною маркою OEM.
Наші товари та послуги слід розуміти як такі, що здійснюються на умовах «франко-завод». Поставки здійснюються через наших авторизованих партнерів або філії. Компанія залишає за собою право змінювати дизайн, конструкцію, розміри та оздоблення своєї продукції без попередження. Усі відповідні розміри та вагу слід розуміти як приблизну інформацію/дані. З технічних причин колір може відрізнятися. Варіанти позиціонування пацієнта, які наведені в цьому каталозі, є лише прикладом і не претендують на правильність і/або комплектність додаткового приладдя У будь-якому випадку дотримуйтеся інструкції з використання.
Вироби, що представлені в цьому каталозі, не дозволені для продажу в США.
Номінальна вартість 3,00 євро.

Каталог SCHMITZ № 84, 01.2023, Велика Британія